

Internal order number: 7105314
 TA: 6402427871
 Pos.-no.: 000010
 PO number: mail Herr David Schö
 Name:



179799
 EMPA / NABEL
 Abt. 503 Frau Carole Delémont
 Ueberlandstrasse 129
 CH-8600 DÜBENDORF

Zertifikat
Certificate
Certificat

ISO 6141
 20201525

Labline

Komponenten Components Composants	Zusammensetzung / Composition / Composition		Unsicherheit (k = 2/95% Konfidenz) Uncertainty (k = 2/95% Confidence) Insécurité (k = 2/95% Confiance)
	Soll-Wert Rated value Valeur tolérée	Ist-Wert Actual value Valeur réelle	
Stickstoffmonoxid (NO)	5 MOL.PPM	5.21 MOL.PPM	+/-2% relativ
Stickstoff		Rest	

Bezugsbedingungen für Volumenanteile oder Massenkonzentrationen: 0°C, 1013 mbar / Reference conditions for volume fractions or mass concentrations: 0°C, 1013 mbar / Conditions d'attribution pour parts de volumes ou concentrations de masse: 0°C, 1013 mbar

Methode / Method / Méthode:		gravimetrisch / gravimetric / gravimétrique	
Analytik / Analysis / Analytique:		Chem. Lum	
Volumen und Flaschen-Nr.:		Min. Verwendungsdruck:	5 bar
Volume and Cylinder Nr.:	78026	Minimum utilisation pressure:	
Volume et N° bouteille:	10 Liter	Press. Util. Mini:	
Chargen-Nr.:		Lagertemperatur:	-10°C bis/to/à 50°C
Batch no:	20201525	Storage temperature:	
N° de lot:		Température de stockage:	
Ventilanschluss:		Herstelldatum:	01.04.2020
Valve:	M19x 1,5 lf (DIN14)	Date of Production:	
Raccord de vanne:		Date de fabrication:	
Fülldruck (15° C):		Ablaufdatum:	01.04.2022
Filling Pressure (15° C):	150 bar	Expiration date:	
Pression (bar) (15° C):		Échéance:	
Hersteller / Producer / Fabricant:		Verantwortlich / Responsible / Responsable:	
Messer Schweiz AG		Roman Meier	
Seonerstrasse 75		Ausstellungsdatum / Issued / Date d'émission:	
5600 LENZBURG		01.04.2020	
SCHWEIZ			

Es handelt sich um ein durch EDV erstelltes Zertifikat, das ohne Unterschrift gültig ist. / This certificate is compiled by electronic software and is valid without signature. / Il s'agit d'un certificat établi par EDV valide sans signature.
 Der Inhalt dieses Zertifikats darf nur in vollständiger Form veröffentlicht oder wiedergegeben werden. / The content of this certificate shall not be reproduced except in full. / Le contenu de ce certificat ne peut être publié ou transféré qu'en intégralité