

Umweltbundesamt
 Messstelle Waldhof

29394 Lueder

Bestell-Nr.: ME / 3459042

Verkaufsbüro : R&A
 Prod-Nr. :

Auftrags-Nr. : 27590979 / 1302990419
 Mat-Nr/Vol : KON1G/ 40 L Miet
 RLZ : DEFE/DE

CRYSTAL-Gemisch

Zertifikat

Nr.: 9615484001

Seite 1 / 1

Bestandteile	Sollwerte	Istwerte	Meßunsicherheit * ± % rel.
STICKSTOFFMONOXID N25	5	(5,327 ± 0,11) Vol-ppm	2
STICKSTOFF N50		Rest	

Angabe der Istwerte in: Volumenanteilen ; Bezugsgrösse : 0 Grd.C, 1013 mbar

* Unsicherheitsangaben: ± 2 Sigma (coverage factor K=2)

Zylindernummer => Barcode:
D3D1ACE

Flaschenvolumen :
40 L Miet

Ventil :
PRUEFGAS EDELSTAHL

Verwendbar bis :
05.10.2021

Lagertemperatur :
-10 bis 50 °C

Ausstelldatum :
05.10.2020

Fülldruck bei 15°C :
ca. 150 Bar

Min. Verwendungsdruck :
5 Bar

Es handelt sich um ein durch EDV erstelltes Zertifikat, das ohne Unterschrift gültig ist.

AIR LIQUIDE Deutschland GmbH, Spezialgaswerk
Bataverstr. 47
47809 Krefeld

Verantwortlich
Herr Draheim